

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Trenčíne
ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

ZORNICA BANKO FASHION a.s.
Textilná č. 4
957 12 Bánovce nad Bebravou
IČO 34142568

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
RUVZ/2021/01472-002

Vybavuje/linka
Dr.Bučková

Trenčín
08.03.2021

Vec

Žiadosť o stanovisko k výrobku-antibakteriálne rúško z viskózy s nanomembránou a filtračnou účinnosťou FFP2

Podaním zo dňa 03.03.2021 ste požiadali o stanovisko k výrobku - antibakteriálne rúško z viskózy s nanomembránou a filtračnou účinnosťou FFP2 s hodnotou 94,9 % - RespiZorn., výrobca: ZORNICA BANCO RASHION a.s., Textilná 4, Bánovce nad Bebravou.

Jedná sa o 3 – vrstvé rúško, ktorého vnútorná a vonkajšia časť je zhotovená z textílie vyrobenej z prírodnej buničiny, vysokokvalitnej viskózy 100% prírodného pôvodu s 99% antibakteriálnou účinnosťou. Stredovú výplň rúška tvorí tzv. nanomembrána – nanomateriál. Podľa doloženej dokumentácie medzivrstva pozostáva z častí – polyester - membrána (polytetrafluóretylén) – polyester, označené ako netkaná textília č. 1416. K materiálu doložený certifikát č. 000026/118/1/2020 zo dňa 17.04.2020.

K vzorkám NANOMASK KF94 a materiál 30L-320-163-163 doložený protokol o skúške č.121/2020 zo dňa 3.4.2020 vykonaný VÚBP-ZL, Jeruzalémská 1283/9, Praha 1. Podľa záverov materiál spĺňa požiadavku pre nepriepustnosť s účinnosťou až 99,99%, čím zodpovedá triede FFP3.

Protokol o skúške filtračného účinku vykonaný OFI Rakúsko č. 2000915/10795 uvádza, že účinnosť dosahuje záchyt častíc 94,9 %, čo **zodpovedá triede FFP2.**

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička